

БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТЧЁТ ПО АПРОБАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ "LIFE ENERGY"
DETA RITM И DETA AP" В МУ ДГБ г.САЛАВАТ
за июль,август,сентябрь 2009 г.

Цели клинического исследования:в условиях поликлинического приёма
больных подтвердить эффективность,безопасность,определить медицинские особенности применения антисанитарного терапевтического
прибора "ДЭТА АП"

Длительность исследования 3 месяца .Количество испытуемых 36 чел.
Критерии отбора испытуемых:отобраны дети из малоимущих семей,заряжённых энтеробиозом,ляблиозом,аскаридозом,анкилостомидозом,вирусом Эштейна-Барра,вирусом герпеса.

Критерии включения :
Для проведения испытания отобраны пациенты с 4 до 14 лет.

24 девочки,12 мальчиков. Из них соответствуют стандартам:

1.энтеробиоз-12

2.аскаридоз-6

3.лямблиоз-10

4.анкилостомидоз-3

5.вирус Эштейна-Барра-5

6.вирус герпеса-12.

В том числе сочетанных инвазий 12 чел.

Аппарат располагался на уровне эпигастрия в чехле.Длительность процедур от 35 минут до 60 минут один раз в 3 дня 6 раз-при гельминтозах и лямблиозе.



Вирусные инвазии ежедневные сеансы от 40 минут до 60 минут в течении 10 дней.

Аппарат ДЭТА РИТМ использовался ежедневно в режимах: активная защита,

глубокая очистка организма.

Проведённые анализы кала на я.глист трёхкратно, ИФА, клинические проявления показали эффективность использования аппаратного метода лечения в сочетании с медикаментозным лечением на 98 % и в качестве монотерапии 84%.

ВЫВОДЫ :

1. Применение медицинских приборов электромагнитной терапии

«ДЭТА» высокоэффективно при лечении заболеваний детского возраста.

2. Все пациенты хорошо перенесли процедуры, побочных явлений и осложнений не наблюдалось.

3. Рекомендуется широкое использование аппаратов «ДЭТА АП и ДЭТА РИТМ» в детской практике ввиду портативности, безопасности применения и быстроты действия.

Главный врач МУ ДГБ

Яценко Т.Н.
С. ф.з.

Яценко Т.Н.
Фаткулина С Я

Врач педиатр

