

"Утверждаю"



Зам. декана ФППО

по научной работе, доцент

Л. М. Кудаева

" 28 " ноября 1997 г.

ПРОТОКОЛ

№ _____ от 27 ноября 1997 г.

медицинских испытаний аппарата для экспресс – диагностики и терапии "ДЭТА" предоставленного научно-производственным предприятием электронных измерительных систем "ЭЛИС".

Основание: выписка из протокола № 5 заседания комиссии по приборам и устройствам, применяемым для экспресс диагностики функционального состояния организма по физиологическим показателям рефлекторных зон и биологически активных точек и рефлексотерапии по зонам и БАТ от 9 сентября 1994г.

I. В период с 7 сентября по 21 ноября 1997 года в лаборатории по разработке и внедрению новых нелекарственных терапевтических методов при кафедре "Нелекарственные методы лечения и клиническая физиология" ФППО ММА им. И. М. Сеченова были проведены медицинские испытания аппарата для экспресс – диагностики и терапии по методу Р.Фолля "ДЭТА" предоставленного Научно-производственным предприятием "ЭЛИС".

Целью испытаний явилось изучение технико-эксплуатационных характеристик прибора, оценка возможностей использования прибора в медицинских учреждениях Российской Федерации.

II. Для проведения испытаний были представлены:

а) аппарат "ДЭТА" (1 шт.),

- гильзы ручных электродов (2 шт.),
- щуп диагностический универсальный,
- ячейка сотовая для размещения ампул с подставкой,
- провода,
- дополнительный активный электрод с комплектом наконечников.

б) комплект технической документации на прибор.

- паспорт ЭИ04.001.996.009 ПС (проект),
- технические условия ТУ 9441-001-27970873-94

III. Краткая техническая характеристика испытываемого прибора и его назначение.

Размеры прибора 190x110x10мм. Вес 0,5 кг. На панели прибора расположены индикаторы режимов, регулирующие устройства, переключатели.

