

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ «ДЭТА»

С марта 2003 года по настящее время в лечебно-диагностическом отделении Чертовицкого детского санатория ОДКБ № 1 проводилась работа по апробации медицинских приборов электромагнитной полевой терапии: «ДЭТА – 8», «ДЭТА – 7», «ДЭТА-УДТ», «ДЭТА-Д», «ДЭТА-БРТ», «ДЭТА-ФАРМА».

Аппараты предназначены для воздействия на организм человека слабым электромагнитным полем с несущей частотой 10 КГц и терапевтическими импульсами в диапазоне частот от 0,1 до 100 Гц. Время работы прибора на каждой частоте и набор частот по каждой патологии задавался согласно методическим рекомендациям.

Оценка эффективности проводимого лечения основывалась на общепринятых клинико-диагностических показателях и по субъективным ощущениям пациентов, осмотра их специалистами до и после проведенных курсов лечения и взятия соответствующих анализов и проведения проб.

Лечения проведено 557 больным в возрасте от 7 до 15 лет:

- | | |
|---|------------------|
| 1 группа - с патологией зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) | - 312 пациентов; |
| 2 группа - с патологией желудочно-кишечного тракта (хронический гастродуоденит, хронический колит, дискинезия желчевыводящих путей) | - 27 пациентов; |
| 3 группа - с расстройствами вегетативной нервной системы (синдромы вегетативной дисрегуляции: с гипотонией, симпатикотонией, смешанный) | - 159 пациентов; |
| 4 группа - с патологией опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, сколиоз) | - 35 пациентов; |
| 5 группа - с патологией дыхательной системы (бронхиальная астма, бронхит) | - 24 пациента. |

Ухудшения состояния во время курса лечения и после него не отмечалось. Положительная динамика отмечалась уже после второй-четвертой процедуры.

Оценка эффективности проводимого лечения основывалась на общепринятых клинико-диагностических подходах и по субъективным

ощущениям пациентов. В первой группе улучшение было достигнуто у 69%, во второй – 97,8%, в третьей – 98,1%, в четвертой – 45,3%, в пятой – 95,2 %. Этот метод лечения особенно эффективен у больных с вегетативной дисрегуляцией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и у больных пульмонологического профиля. У детей с грубой органической патологией в большинстве случаев отмечалось улучшение самочувствия, эмоционального тонуса, повышение иммуннозащитных сил организма, снятие напряжения и раздражительности.

Выводы:

1. Использование медицинских приборов электромагнитной полевой терапии «ДЭТА» высокоэффективно при различных заболеваниях у детей, особенно функционального характера.
2. Портативность и простота применения аппаратов электромагнитной полевой терапии «ДЭТА» дают возможность эффективно применять их в детской практике, в том числе у детей младшего возраста.
3. Все больные хорошо переносят процедуры, побочных явлений и осложнений не наблюдалось.
4. Наибольшая эффективность применения электромагнитной полевой терапии у детей с патологией органов дыхания, расстройством вегетативной нервной системы и патологией желудочно-кишечного тракта.

В последнее время внедрено в практику применения БТР-терапии, медикаменозного тестирования по методу Фолля с использованием медикаментозного селектора «ДЭТА-ФАРМА», освоение тестирование по методу вега-теста.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛДО

ЗАМ.ГЛАВВРАЧА ОДКБ №1
ПО САНАТОРИЮ

Т.В.ГОЛУБКОВА

А.Д.ДЕЙНЕКА

